

Ausschreibende Stelle und Angebotsadresse:

Stadt Mülheim an der Ruhr, Der Oberbürgermeister, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz, Zur Alten Dreherei 11, 45479 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208/455-3759, Fax: 0208/455-58-3759, E-Mail: Katrin.Ziegler@muelheim-ruhr.de

Angebote sind ausschließlich elektronisch in Textform über die Homepage der Stadt Mülheim an der Ruhr bis zu dem genannten Termin abzugeben. Bitte verwenden Sie dieses Angebotsschreiben.

Als Vertragsbestandteile gelten nacheinander:

- a) die Verdingungsunterlagen mit den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Stadt Mülheim an der Ruhr in der derzeit geltenden Fassung und die Ausführungsplanung
- b) die VOL, Teil B in der derzeit geltenden Fassung
- c) die anerkannten Regeln der Technik, sämtliche DIN-Normen der BRD, alle sonstigen technischen Vorschriften und Auflagen der in der Bundesrepublik Deutschland allgemein anerkannten Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsbehörden sowie Gütegemeinschaften, jeweils in der zum Zeitpunkt der Abnahme der Vertragsleistung geltenden Fassung
- d) Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie geforderten Angaben und Erklärungen

Bitte achten Sie auf ggf. geforderte Produktangaben und Nachweise sowie die Rückgabe aller Erklärungen. Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. (Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium).

Beginn der Leistungen: Siehe Leistungsverzeichnis! - Ablauf der Bindefrist über die Homepage der Stadt Mülheim an der Ruhr

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Angebotssumme inkl. gesetzliche MwSt.: | € (brutto) | Informativ Lieferzeit Bieter aus LSD.1: | ___ Monate |
|--|------------|---|------------|

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne.

Ort, Datum, Firma, Name und E-Mail-Anschrift:

Rechtsaufsicht (vormals Vergabeprüfstelle):

Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 34, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf

- Eintragungen in der Spalte Artikel / Leistung / Gegenstand können zum Ausschluss führen

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2024 – hier: Los 5 Beladung medizinisch Stryker

| LI = Lieferung LA = Lagerung AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) | | | | | | |
|---|--|----|----|----|--------------|--------------|
| Pos. Nr. | Artikel / Leistung / Gegenstand | LI | LA | AZ | Eintragungen | Eintragungen |
| B.1 | Absprachen mit Zulieferern sind vom Auftragnehmer zu organisieren und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Evtl. anfallende Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmer. | 1 | - | 1 | | |
| B.4 | Lieferung einer Wandhalterung für Tragestuhl, Stryker-Stair-PRO 6252 Treppenstuhl. | X | X | 1 | | |
| B.5 | Lieferung eines Stryker-Stair-PRO 6252 Treppenstuhl. | X | X | 1 | | |
| B.6 | <p>Lieferung eines Tragensystems Stryker Powerload inkl. Trage Stryker Power Pro 2 und Bodenhalterung</p> <p>mit folgenden Merkmalen:</p> <p>Die Fahrtrage muss in der Lage sein ein Gesamtgewicht eines Patienten, von mindestens 300 kg zu tragen.</p> <p>Kopf- und Fußteil müssen einzukürzen sein, so dass eine maximale Gesamtlänge von 1,60 Meter erreicht werden kann. Dies dient zur besseren Manövrierfähigkeit in engen Räumen und dazu, dass auch kleine Aufzüge genutzt werden können.</p> <p>Abklappbare Seitenflügel, System zur Erweiterung der Patientenliegefläche, die aber eine Normtürbreite von 90 cm nicht übersteigt, in verschiedenen Positionen arretierbar sind und in der Trage integriert ist.</p> <p>Bauchdeckenentlastung (Knieknick) und Schocklage mechanisch einstellbar.</p> <p>Kopfhochlage bis zur aufrechten Sitzhaltung.</p> <p>Akkubetriebene Hydraulische Höhenverstellung.</p> <p>Lithium-Ionen-Akku mit Ladeanzeige.</p> <p>Der Akku der Fahrtrage muss in jeder Fahrstellung leicht zugänglich und schnell sowie ohne Werkzeug entnehmbar/wechselbar sein. Zum Akkuwechsel sollen möglichst keine weiteren Bauteile oder Verkleidungen abzunehmen sein.</p> <p>vier 360° drehbare Räder von denen zwei festgestellt werden können</p> | X | X | 1 | | |

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2024 – hier: Los 5 Beladung medizinisch Stryker

| LI = Lieferung LA = Lagerung AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) | | | | | Eintragungen | Eintragungen |
|---|---|----|----|----|--------------|--------------|
| Pos. Nr. | Artikel / Leistung / Gegenstand | LI | LA | AZ | EP | GP |
| | <p>Integrierter, abklappbarer Ziehgriff fußseitig, Ausklappbarer Bügel am Fußende der Trage, zum besseren Manövrieren.</p> <p>Zuschaltbare Beleuchtung unter der Trage, zur Optimierung der Sicherheit und Sichtbarkeit an der Einsatzstelle. Die Fahrtrage sollte möglichst mit Licht und/ oder Reflektionsanteilen ausgestattet sein.</p> <p>Ablagebeutel an der Rückenlehne.</p> <p>Desinfizierbar und leicht, bedingt, auch mit Hochdruckreiniger zu reinigen.</p> <p>Einschränkungen bzgl. zu verwendenden Desinfektionsmittel hinsichtlich einer Materialschädigung sind anzugeben.</p> <p>Crash- getestet und zertifiziert gemäß SAE J3027 sowie BS EN 1789.</p> <p>Leicht zu reinigendes Patientenrückhaltesystem. Es soll schnell und einfach ohne Werkzeug zu demontieren sein und muss zur Anwendung auf der Trage zertifiziert, zugelassen sowie crashgetestet gemäß EN 1789 sein. Statische Sicherheitsgurte.</p> <p>Um die Flexibilität bei Ausfall oder Ersatz zu gewährleisten soll jede Fahrtrage in ein Fahrzeug mit baugleichem Beladesystem verladbar sein. Dabei ist auf Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit zu setzen. Die eingestellte Beladehöhe muss ohne Werkzeug o. ä. einstellbar sein um Schäden beim Be- und Entladen zu verhindern.</p> <p>Zur Optimierung und Maximierung der Tragenflotte sind digitale Lösungen vorzusehen die es ermöglichen, schnell den Zustand, Standort sowie technische Informationen lokal abrufen zu können.</p> <p>WLAN-Fähig zur Übermittlung vom Messdaten der verbauten Sensoren.</p> | | | | | |
| | Lieferzeit und Service - Lieferzeit, Service und Dokumentation | | | | | |

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2024 – hier: Los 5 Beladung medizinisch Stryker

| | LI = Lieferung LA = Lagerung AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) | | | | Eintragungen | Eintragungen |
|----------|--|----|----|----|--------------|--------------|
| Pos. Nr. | Artikel / Leistung / Gegenstand | LI | LA | AZ | EP | GP |
| LSD.1 | Die Lieferzeit ist hier vom Bieter einzutragen. Die Lieferzeit soll möglichst kurz sein, diese ist mit dem <u>Orientierungswert Lieferzeit 3 Monate</u> versehen. Der Auftraggeber kann von diesem Wert abweichen. Die Lieferzeit beginnt mit Erhalt des Bestellscheins. | - | - | 1 | | |
| LSD.2 | Dokumentation wie in den Allgemeinen Vorbedingungen aufgeführt. | | | 1 | | |